P E E C

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

P E E C
PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD

Estimado Participante

A continuación, los resultados reportados para el subprograma **EVALUACIÓN DE SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS T**

Identificación del Laboratorio y Programa PEEC

Código de Laboratorio	:	4532 CITOMETRIA DE FLUJO ANATOMIA PATOLÓGICA U. DE CONCEPCION
Tipo de Laboratorio	:	LABORATORIO CLÍNICO
PEEC	:	SLT - 2015
Subprograma	:	2211025 - EVALUACIÓN DE SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS T
Envío	:	Envío 2
Inicio Envío	:	06/10/15
Fin Envío	:	16/10/15
Nº Evaluación	:	38
Fecha de recepción Material Control	:	06/10/15
Fecha de análisis Material Control	:	06/10/15

El material de control y toda la información relevante, ¿llegó en condiciones satisfactorias?: SI

Resultados

Material Control	Parámetros	Resultados
038-1	Leucocitos	4830,0 cels / mm3
038-1	Linfocitos	652,0 cels / mm3
038-1	Linfocitos	13,5 %
038-1	CD3+	421,0 cels / mm3
038-1	CD3+	64,5 %
038-1	CD3+ CD4+	421,0 cels / mm3
038-1	CD3+ CD4+	41,4 %
038-1	CD3+ CD8+	135,0 cels / mm3
038-1	CD3+ CD8+	20,7 %
038-2	Leucocitos	7140,0 cels / mm3
038-2	Linfocitos	1085,0 cels / mm3
038-2	Linfocitos	15,2 %
038-2	CD3+	714,0 cels / mm3
038-2	CD3+	65,6 %
038-2	CD3+ CD4+	464,0 cels / mm3
038-2	CD3+ CD4+	42,5 %
038-2	CD3+ CD8+	193,0 cels / mm3
038-2	CD3+ CD8+	18,0 %

Técnicas

Parte 1	:	Citometría de Flujo	Cuatro Colores

Métodos

Parte 1 : Directo
Parte 2 : Plataforma Simple

Recuento/Diferencial

Preparación Celulas

Células lisadas - no lavadas

Marca Reactivo

Anticuerpo monoclonal - Fluorocromo

Anticuerpo	Descripción Fluorocromo	Reactivo
CD4	APC	Becton Dickinson
CD8	PE	Becton Dickinson
CD3	FITC	Becton Dickinson
CD45	PerCP-Cy5.5	Becton Dickinson

Marca Equipos

Citómetro de flujo	Becton Dickinson	FACSCanto II

Marca Material Control Interno

Becton Dickinson

Observaciones y/o comentarios

Identificación del Profesional Responsable

Nombre : CHANDIA CABAS MAURICIO
Rut : 0-
Profesión : MÉDICO
Cargo : ENCARGADO CALIDAD